Industrie Service

BESCHEINIGUNG

1 HERSTELLER

Invacare Corporation
One Invacare Way
Elyria, Ohio
USA

2 NUMMER DER BESCHEINIGUNG

P / 620305 / 001

3 INHABER DER BESCHEINIGUNG

Invacare Deutschland GmbH
Kleiststraße 49
32457 Porta Westfalica

4 AUSSTELLENDE PRÜFSTELLE

Industrie Service

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
D-80686 München

Telefon: 089/5791-11 54
Telefax: 089/5791-2 8 88
E-mail: Ralf.Schirmer@tuev-sued.de

5 PRÜFBERICHT

Nr.: 1 111 262-MDS **Datum:** 04.02.2008

6 MESS- UND PRÜFVERFAHREN

2/2000 MDS-Hi – Stand: 04.05.2000

7 BESCHREIBUNG DES GERÄTS BZW. DER MASCHINE

Produktgruppe:	Sauerstoffkonzentrator für medizinische Zwecke
Typ:	IRC5PO2AW
Seriennummer:	07LF031267

8 BETRIEBSBEDINGUNGEN UND ERGEBNIS

Durchflussmenge:	**Schalldruckpegel:**
3,0 l/min	36 dB(A)
5,0 l/min	37 dB(A)

9 BEMERKUNG
keine

10 GÜLTIGKEIT DER BESCHEINIGUNG:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Ort, Datum: München, 04.02.2008 Dr. Ralf Schirmer

11 QUALITÄTSSICHERUNG DURCH:

Ort, Datum: München, 04.02.2008 Dipl.-Ing.(FH) Frank Celler